

CASA MATRIZ:
Los Topacios N° 573 La Chimba
Antofagasta / Chile
RUT: 76.083.165-4



NRO:MP-2018-743

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente:	SERVI-ALL	Equipo Trazador:	Manómetro
Equipo a Calibrar:	BOMBA MANUAL	Modelo:	8T0860
Nro. Serie:	N/R	Nro. Serie:	9170419
Marca:	ENERPAC	Marca:	Hytorc
Modelo:	P-80	Capacidad:	10000
Capacidad:	10000	Unidad:	PSI
Unidad de medida:	PSI		
Rotulo:	M-30387		
Código Alliot:	AS:MXrEoHA-X55AzQ-dTxFQ		

MANTENCIÓN Y REPARACIONES REALIZADAS

- Evaluación
- Mantención general de componentes
- Limpieza exterior
- Limpieza de componentes internos
- Cambio de aceite
- Prueba de funcionamiento

PRUEBA	PRESIÓN	APROBADO	RECHAZADO
	10000 PSI	X	

Observaciones: Se realiza prueba en presión con una duración aproximada de cinco minutos, operando correctamente, sin presentar fugas y alcanzando una presión de 10000 PSI . Se certifica herramienta tras su reparación , operando dentro de los rangos recomendados por fábrica determinándose "OPERATIVA"

Frank David Centeno.
Técnico Especializado.

Fecha de Comparación: 24/08/2018

Fecha Prox. Comparación: 24/02/2019