CASA MATRIZ:
Los Topacios Nº 573 La Chimba
Antofagasta / Chile
RUT: 76.083.165-4

SERVIALL

mine partner

NRO: MP-2018-848

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente:	**Servi-all**	**Mod. Transductor de torque:**	**RAD 7000 TRANSDUCTOR**
Equipo a Calibrar:	**Llave Hidráulica 3/4"**	**Nº de serie**	**TT00287**
Nro. Serie:	**1058**	**Fecha de calibración:**	**15/02/2018**
Marca:	**ENERPAC**	**N. Certificado de Calibración:**	**18-SD00028**
Modelo:	**S1500X**	**Capacidad:**	**7000**
Rango de Torque:	**140-1400**	**Unidades:**	**Lb-Ft**
Unidad de medida:	**LB/FT**		
Rotulo:	**M-4147**		
Codigo Alliot:	**AS:-8L7iHrgyShSyQnsY45e**		

TABLA DE PRUEBA DE TORQUE

PSI	NOMINAL	ASCENDENTE	PRUEBA	DESCENDENTE
		+ - 5 %		+ - 5%
1.000	140	147	142	133
4.200	588	617	573	559
6.200	868	911	899	825
8.200	1.148	1.205	1.125	1.091
10.000	1.400	1.470	1.403	1.330

MANTENCIONES REALIZADAS

- Desarme, limpieza y evaluación.
- Chequeo de componentes.
- Mantención preventiva.

Observaciones: Se realiza ensayo de equipo operando correctamente. Se certifica herramienta tras su reparación, operando dentro de los rangos recomendados por fábrica determinándose "OPERATIVA"

Fecha de Comparación:	**07/09/2018**
Fecha Prox. Comparación	**07/03/2019**

FRANK DAVID CENTENO.
TECNICO ESPECIALIZADO.